

Kalibrálási Jegyzőkönyv

Oldal 1/1



Felhasználó adatai: V2295 Pantonelli Kft.	Vevő adatai: V2295 Pantonelli Kft.
Munkalap / Szerviz rendelés sz.: N004420625 / N004420625004	Karbantartás dátuma: 2024.09.04.
Készülék Típusa: Dräger Pac 8000 PH3 Rendelési Sz.: 8328473 Gyártási Sz.: 8326355	Vonalkód: Leltári Sz.: Hely:

Szenzorok						
Gáz Típus	PH3					
Rendelési Sz.	8328473					
Gyártási Sz.	8326355					
Méréstartomány	20,00 ppm					
Kalibrálógáz típus	PH3					
Kalibrálógáz konc.	0,50					
A1 riasztási szint	0,10 ppm					
A2 riasztási szint	0,20 ppm					
A3 riasztási szint						
Kalibrálás dátuma	2024.09.04.					
Következő kalibrálás	2025.03.04.					
Nullpont beállítás						
Kalibrálógáz konc.						
Mérési eredmény előtte						
Mérési eredmény utána						
Eredmény						
Érzékenység beállítás						
Kalibrálógáz konc.						
Mérési eredmény előtte						
Mérési eredmény utána						
Eredmény						

Szerviz eszközök / Kalibrálógázok

Azonosító	Eszköz sz.	Megnevezés	Köv. Kalibr.
WO546733-7		Tesztgáz	01/23/2025

Minősítés

Minősítés: MEGFELELT	Megjegyzés: -
Elvégzett munka:	
Technikus: Sándor Kétlaki Elektronikus aláírás: 5c4e6a17-bea9-aa33-5504-000a5d028e34	

Ez a dokumentum digitális aláírással lett ellátva, aláírás nélkül érvényes!